



Consideraciones Sobre La Medición De Capacitancia En Simuladores De Capacitancia

Ing. José Angel Moreno Hdez.

Centro Nacional de Metrología

jmoreno@cenam.mx





CONTENIDO

- Capacitancia
- Simulación de Capacitancia
- Mediciones de Baja Capacitancia
- Mediciones de Alta Capacitancia





CAPACITANCIA


La capacitancia **C** es la razón existente entre la carga eléctrica **Q** almacenada entre dos conductores (capacitor), por unidad de diferencia de potencial eléctrico **V** existente entre tales conductores.

$$C = \frac{Q}{V}$$





Para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia queda definida por el área de las placas **A**, su separación **d**, y la permitividad ε del dieléctrico existente entre ellas.



$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$


En el vacío: ϵ = 8.854 187 817 pF/m

CODATA 2010





La capacitancia en la palma de sus manos:





A
$$\approx \pi \ (0.05)^2 \ m^2$$

d $\approx 0.01 \ m$
 $\epsilon_{r-Aire} \approx 1.000 \ 6$
C $\approx 6.96 \ pF$

Material	ϵ_{r}
Teflón PTFE	2.1
Polietileno	2.25
Mylar	3.2
Quarzo	4.2





Bajo este principio físico se construyen capacitores.



Patrones



Arreglo de Patrones









Capacitancia en cables.

Cable coaxial








La capacitancia se distribuye a lo largo del cable.

Para el cable RG58/U la capacitancia nominal es aproximadamente 94 pF/m





Par de Cables Sencillos



La capacitancia no es uniforme a lo largo del par de cables.

Conectores y Adaptadores






La capacitancia está presente.





Concepto de Impedancia de dos y tres terminales.













Configuración a tres terminales





Configuración a dos terminales










Capacitancia en un Circuito Eléctrico.



La tensión en el capacitor tiene un retraso de 90° respecto a la corriente.





SIMULACIÓN DE CAPACITANCIA



Fluke 5500A

0.33 nF a 1.1 mF


Fluke 5520A

0.19 nF a 110 mF






Funcionamiento básico.







Circuito Interno (Synthesized Impedance Assembly).



$$V1 + kV2 = \frac{1}{Cref} \cdot \int i(t) dt$$

$$V2 = \frac{V1}{\alpha} \qquad V1 = \frac{1}{\text{Cref} \cdot \left(1 + \frac{k}{\alpha}\right)} \cdot \int i(t) dt$$


$$Cx = Cref \cdot \left(1 + \frac{k}{\alpha}\right)$$






Intervalos de operación

Fluke 5500A (14 Intervalos)




Fluke 5520A (18 Intervalos)








Intervalos de operación (alcance en frecuencia)







Intervalos de operación (alcance en frecuencia)







Función de Compensación

Se dispone de modos de conexión para compensación de baja impedancia a 4 terminales (5500A) y a 2 terminales.

4-17. Four-Wire versus Two-Wire Connections

Four-wire and two-wire connections refer to methods of connecting the 5520A to the UUT to cancel out test lead resistance to assure the highest precision of the calibration output. Figures 4-2 through 4-4 illustrate the connection configurations for resistance; Figures 4-5 and 4-6 illustrate connection configurations for capacitance. The external sensing capability of the four- and two-wire compensated connections provides increased precision for resistance values below 110 k Ω and capacitance values 110 nF and above. Part of the setting up the calibrator output for resistance and capacitance includes selections for four-wire compensation (COMP 4-wire), two-wire compensation (COMP 2-wire) and two-wire no compensation (COMP off). (See "Setting Resistance")


Output" and "Setting Capacitance Output" later in this chapter.) Note that compensated connections for capacitance are to compensate for lead and internal resistances, not for lead and internal capacitances.

Note that compensated connections for capacitance are to compensate for lead and internal resistances, not for lead and internal capacitances.






Conexión sin compensación




Sugerencia: Evitar cables sencillos.








Conexión a 2 Terminales




Sugerencia: Evitar cables sencillos.







Conexión a 4 Terminales



Fluke 5520A

Sugerencia: Evitar cables sencillos.

Puentes RLC y solo algunos multímetros pueden requerir conexión a 4 terminales.






La compensación está disponible solo para capacitancias de 110 nF o mayores

Fluke 5500A

Fluke 5520A



Intervalo sin Compensar


Intervalo Compensado





MEDICIONES DE BAJA CAPACITANCIA

Para valores menores a 110 nF el efecto de los cables tiene una alta influencia en la medición.








Casos extremos

Usando un cable coaxial (RG58/U) de 50 cm (47 pF):



Fluke 5500A

Para 0.5 nF el cable representa 9.4 %

La especificación es: 2.5 %

Fluke 5520A

Para 0.4 nF el cable representa 11.8 %

La especificación es: 3 %





Compensación Externa Automática

Consiste en discriminar el efecto de los cables mediante las funciones del medidor de capacitancia.

Puente RLC: "Zero", "Trim", "Open+Short"

Multimetros: "Null", "Offset", "Rel".





Estas funciones se ejecutan con los cables conectados al medidor, pero no al simulador.





Compensación Externa Manual

Para medidores (RLC o Multímetros) sin funciones de compensación se requiere restar manualmente la capacitancia indicada por el medidor con los cables conectados al medidor, pero no al simulador.









Efecto sobre la incertidumbre.

Modelo:

$$\epsilon = C_{ind} - C_{ref}$$

$$\epsilon = C_{ind} - (C_{Sim} + C_{Cable})$$

$$\epsilon = C_{ind} - (C_{Prog} - \epsilon_{Sim} + C_{Cable})$$

Esta variable contiene contribuciones adicionales por Dispersión y Resolución.





MEDICIONES DE ALTA CAPACITANCIA

La impedancia de una capacitor disminuye con el aumento de su valor capacitivo y de la frecuencia.

$$Z_C = \frac{1}{2 \pi f C}$$

Para C = 1 μ F a 1 kHz: $Z_C = 159.15 \Omega$

Para C = 10 μ F a 1 kHz: $Z_C = 15.915 \Omega$


Para C = 100 μ F a 1 kHz: $Z_C = 1.591 5 \Omega$

Para C = 1 mF a 1 kHz: $Z_C = 0.159 \ 15 \ \Omega$






Para altos valores de capacitancia el simulador requiere operar a baja frecuencia.








Para altos valores de capacitancia el simulador requiere operar a baja frecuencia.








Se requiere realizar las conexiones de compensación para alcanzar la exactitud especificada.










Alcance de medidores de capacitancia

Puentes RLC (señales senoidales):

- Su alcance máximo típico es del orden de 1 mF.
- Su frecuencia de operación mínima típica es de 20 Hz.








Multímetros (rampas de tensión):

- Su operación alcance máximo puede ser de hasta 100 mF.
- Por su modo de operación, su "frecuencia" mínima puede ser menor a 0.1 Hz.



para I constante:

$$V(t) = \frac{I}{C} t$$




entonces:
$$C = I \frac{\Delta t}{\Delta V}$$








Dependiendo del fabricante y modelo la señal puede discrepar.





















La pendiente de la rampa depende del valor de capacitancia medido.

Capacitancia	Rampa (V/s)*
10 μF	0.1 a 14
30 μF	0.1 a 14
100 μF	0.1 a 14
300 μF	0.1 a 10
1 mF	0.1 a 10
3 mF	0.01 a 6
10 mF	0.01 a 6
30 mF	0.01 a 2
100 mF	0.01 a 1

^{*} De acuerdo a un estudio realizado en el CENAM con un grupo limitado de multímetros.

La tensión máxima de la rampa generalmente no rebasa 1 V.

- Se encontró un multímetro que provoca rampas de tensión de hasta 4 V.





Consideraciones generales al calibrar multímetros con el simulador:

- Asegurar no rebasar la frecuencia de operación.
 - Observar la cantidad de lecturas por unidad de tiempo.
 - Emplear osciloscopio.
- Asegurar no rebasar la tensión y corriente máxima de operación.

[2] Specifications apply to both dc charge/discharge capacitance meters and ac RCL meters. The maximum allowable peak voltage is 3 V. The maximum allowable peak current is 150 mA, with an rms limitation of 30 mA below 1.1 μ F and above.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y ASISTENCIA





En este documento pueden aparecer marcas comerciales únicamente con fines didácticos.

No implica recomendación o aval del CENAM o de alguna otra institución del Gobierno Federal de México.

No implica que los equipos o materiales sean necesariamente los mejores para el propósito para el que son usados.

El CENAM y las demás instituciones no tienen compromisos con ninguna marca comercial en particular.