

**CENAM****CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA**

Certificado de Calibración

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Nombre del cliente:
Client ING. RUBEN ARMANDO ROCHA RUIZ

Dirección:
Address AGUSTIN VERA#616 COL. TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

No. de Certificado:
Certificate number CNM-CC-12377/106/09

Fecha de calibración:
Calibration date 09 DE JULIO DEL 2009.

Instrumento:
Instrument MEDIDOR DE DE RESISTENCIA EN TIERRAS

Marca:
Manufacturer AEMC INSTRUMENTS

Modelo:
Type 3610

No. de serie:
Serial number S/N

Resultado de la calibración:
Calibration result APROBADO

Incertidumbre:
Uncertainty +/- 0.01 OHMS

Factor de cobertura:
Coverage factor 0.10

Nivel de confianza:
Confidence level 98 %

Condiciones ambientales de medición:
Environmental conditions of measurement Pres. Atm. 814 mBar, Temp: 18°C, Humedad Rel .45%

Procedimiento utilizado:
Procedure employed 841-AC-J.764

Fecha de recalibración recomendada:
Suggested date for recalibration 09 DE JULIO DEL 2010.

Calibrado por Norma Muñoz Madrigal
Calibrated by

Aprobó: Dr. Alfredo Elias Juarez
Approved by

Fecha: 11/07/2009.
Date

Carretera a Los Cués km 4.5 Mpio. de El Marqués, Qro. C.P. 76900, México.
Apdo. Postal 1-100 Centro C.P. 76000

Nº 68383-17829

Tel: 91 (42) 11.05.00 al 04, 15.53.33 al 36, 16.85.76 16.33.09 15.39.02, 15.37.84 Fax: 91 (42) 16.26.26 y 15.39.04

150400-002-2